

Code No. 20-1318

## 製品規格書

チオメトン標準液 (1mg/mL ヘキサン溶液)

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
濃度	0.98～1.02mg/mL