

Code No. 20-1357

製品規格書

m-トルアルデヒド

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～褐色、透明の液体
水分	0.5%以下
酸(CH ₃ C ₆ H ₄ COOHとして)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上