

Code No. 20-1453

製品規格書

0.05% トライジンブルー溶液(pH2.5)

病理研究用

試験項目	規格値
外観	青色～紫色、液体
吸収極大波長	628～638nm
吸光度(1→200, λ max)	0.25～0.45
pH(25°C)	2.0～3.0
実用試験	試験適合