

Code No. 20-1511

## 製品規格書

組織脱水溶液、低メタノールタイプ

病理研究用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
水分	0.2%以下
エタノール	87.0~90.0%
メタノール	2.5~3.5%
2-プロパノール	7.0~9.0%