

Code No. 20-1544

## 製品規格書

トルエン

分光分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.864~0.867g/ml
屈折率20℃	1.496~1.498
吸光度(285nm)	1.00以下
吸光度(290nm)	0.30以下
吸光度(300nm)	0.15以下
吸光度(320nm)	0.04以下
吸光度(330nm)	0.03以下
吸光度(340nm)	0.02以下
吸光度(350~400nm)	0.01以下
水分	0.02%以下
蛍光試験	試験適合
含量(毛管カラムGC)	99.8%以上