

Code No. 20-1629

## 製品規格書

### トルエン-d8標準品

大気汚染物質測定用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
水分	実績値集積のうえ、規格化する
重水素化率	99.9%以上
トルエン	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上