

Code No. 20-1631

## 製品規格書

### すず標準液 (Sn 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HCl)	2.8~3.2mol/L
濃度(20°C)	990~1010mg/L