

Code No. 20-1721

## 製品規格書

### テトラデカン標準品

ガスクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
アセトン溶状	試験適合
水分	0.05%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上