

Code No. 20-1792

## 製品規格書

### テルル標準液 (Te 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度	0.9~1.1mol/L
濃度(20℃)	980~1020mg/L