

Code No. 20-1818

## 製品規格書

### トリオレイン標準品

食品分析用

試験項目	規格値
外観	無色～うすい黄色、澄明の液体
ジクロロメタン溶状	試験適合
水分	0.1%以下
含量(HPLC)	98.0%以上