

Code No. 20-1856

製品規格書

トリクロロエチレン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色透明の液体
純度(C1CH=CCl2)(GC)	面積分率99.5%以上
密度(20°C)	1.461～1.469g/mL
屈折率20°C	1.477～1.479
水分	質量分率0.01%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
酸(HClとして)	質量分率0.001%以下
遊離塩素	試験適合
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8666:2024(*:当社追加項目)