

Code No. 20-1905

## 製品規格書

1,1,2,2-テトラクロロエタン-d<sub>2</sub>, 99.6%

NMR用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
水分	0.05%以下
重水素化率	99.6%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上