

Code No. 20-2092

製品規格書

タンタル標準液 (Ta 1000)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
濃度(20°C)	0.98~1.02mg/mL