Code No. 20-2095

製品規格書

タングステン標準液(W 1000)

原子吸光分析用

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
濃度(20℃)	0.99～1.01mg/mL

制定日: 2018.12.13