

Code No. 20-2100

製品規格書

チタン標準液 (Ti 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	試験適合
酸濃度(HClとして)	15~17w/w%
濃度(20°C)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合