

Code No. 20-2101

製品規格書

タンゲステン標準液 (W 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO ₃ として)	4.9~5.1w/w%
酸濃度(HFとして)	0.4~0.6w/w%
濃度(20°C)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合