

Code No. 20-2107

製品規格書

テルビウム標準液 (Tb 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
濃度(20°C)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合