

Code No. 20-2108

製品規格書

1,1,2,2-テトラブロモエタン

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～黄褐色、澄明の液体
密度(20℃)	2.957～2.977g/mL
屈折率20℃	1.635～1.640
水分	実績値集積のうえ、規格化する
含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上