

Code No. 20-2115

製品規格書

タンタル標準液 (Ta 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃ として)	1.9～2.1w/w%
酸濃度(HFとして)	0.4～0.6w/w%
濃度(20℃)	990～1010mg/L
不純物元素	試験適合