

Code No. 20-2176

製品規格書

チタン標準液 (Ti 1000)

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(H ₂ SO ₄)	0.9~1.1mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L