

Code No. 21-0004

製品規格書

ウンデカン酸

和光特級

試験項目	規格値
外観	試験適合
凝固点	26~30°C
水分	0.2%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上