

Code No. 21-0022

製品規格書

尿酸

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、粉末
水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	0.2%以下
塩化物(Cl)	0.02%以下
含量	98.0%以上