

Code No. 21-0136

製品規格書

超純水

PFOS・PFOA分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.997~0.999g/mL
屈折率20℃	1.332~1.334
吸光度(210~400nm)	0.01以下
不揮発物	5ppm以下
pH(25℃)	5.0~7.5
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	0.5ppm以下
過マンガン酸還元性物質	試験適合
蛍光試験	試験適合
全有機炭素(TOC)	4ppb以下
PFOS・PFOA分析適合性試験	試験適合