

Code No. 21-0165

製品規格書

超純水

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
リチウム(Li)	100ppt以下
ナトリウム(Na)	100ppt以下
マグネシウム(Mg)	100ppt以下
アルミニウム(Al)	100ppt以下
カリウム(K)	100ppt以下
カルシウム(Ca)	100ppt以下
チタン(Ti)	100ppt以下
バナジウム(V)	100ppt以下
クロム(Cr)	100ppt以下
マンガン(Mn)	100ppt以下
鉄(Fe)	100ppt以下
コバルト(Co)	100ppt以下
ニッケル(Ni)	100ppt以下
銅(Cu)	100ppt以下
亜鉛(Zn)	100ppt以下
ガリウム(Ga)	100ppt以下
ゲルマニウム(Ge)	100ppt以下
ヒ素(As)	100ppt以下
ストロンチウム(Sr)	100ppt以下
ジルコニウム(Zr)	100ppt以下
モリブデン(Mo)	100ppt以下
銀(Ag)	100ppt以下
カドミウム(Cd)	100ppt以下
すず(Sn)	100ppt以下
アンチモン(Sb)	100ppt以下
バリウム(Ba)	100ppt以下
タングステン(W)	100ppt以下
鉛(Pb)	100ppt以下

