

Code No. 22-0034

製品規格書

シアノコバラミン

和光特級

試験項目	規格値
外観	暗赤色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
吸光度比(E277～279nm/E360～362nm)	0.53～0.59
吸光度比(E548～552nm/E360～362nm)	0.29～0.32
乾燥減量[100℃, 酸化りん(V)上, 減圧]	5.0%以下
含量(乾燥物換算)	95.0%～102.0%