

Code No. 22-0107

製品規格書

バルプロ酸

生化学用

試験項目	規格値
外観	無色～黄褐色、澄明の液体
密度(20℃)	0.903～0.908g/ml
屈折率20℃	1.423～1.427
水分	0.2%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上
含量(容量分析)	98.0～102.0%