

Code No. 22-0149

製品規格書

VS-6010分解液1

紀本電子全窒素全りん測定装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
濃度(K ₂ S ₂ O ₈)(20°C)	2.4~2.6w/v%