

Code No. 22-0151

製品規格書

VS-6010 0.22mol/L 塩酸

紀本電子全窒素全りん測定装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
濃度(20°C)	0.20~0.24mol/L