

Code No. 22-0185

## 製品規格書

### バナジウム標準液 (V 1000)

試験項目	規格値
外観	ごくうすい黄色～青色、澄明の液体
酸濃度	0.5～1.0mol/L
濃度(20℃)	990～1010mg/L