

Code No. 22-0241

製品規格書

バナジウム標準液 (V 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	ごくうすい黄色～青色、澄明の液体
濃度(20℃)	990～1010mg/L
不純物元素	試験適合