

Code No. 22-0248

## 製品規格書

### VEGF-165溶液, ヒト, 組換え体

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	液体
たん白濃度	0.1mg/mL
純度(SDS-PAGE)	95%以上
エンドトキシン	0.1EU/ $\mu$ g未満
生物学的活性	試験適合

Source : *Corynebacterium glutamicum* expressed human vascular endothelial growth factor-165