

Code No. 23-0226

製品規格書

ワコーシルRAS-Aqua溶離液

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸収曲線	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度(200nm)	0.1以下
吸光度(225nm)	0.02以下
蛍光試験	試験適合
実用試験	試験適合