

Code No. 24-0009

製品規格書

キシレン

試薬一級

試験項目	規格値
* 性状	無色透明の液体
純度(o-, m-, p-キシレンの含量)(GC)	質量分率80%以上
外観	ハーゼン10以下
密度(20℃)	0.860~0.870g/ml
水分	質量分率0.03%以下
不揮発物	質量分率0.002%以下
酸(HClとして)	質量分率0.001%以下
塩基(NaOHとして)	質量分率0.001%以下
硫黄化合物	試験適合
チオフェン類	試験適合
ベンゼン(GC)	質量分率0.1%以下
トルエン(GC)	質量分率1.0%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8271:2007(*:当社追加項目)