

Code No. 24-0066

## 製品規格書

キシレン標準液 (o-,m-,p-各1  $\mu\text{g}/\mu\text{L}$  ペンタン溶液)

悪臭物質試験(GC)用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
p-キシレン	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
m-キシレン	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
o-キシレン	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$