

Code No. 25-0056

製品規格書

硝酸イッテルビウム(III)n水和物, 99.9%

試験項目	規格値
外観	白色、結晶又は塊
希硝酸溶状	試験適合
* 純度(差数法)	99.9%以上
含量(無水物として)(容量分析)	78.0~88.0%

*:不純物金属成分の定量及び差数法により算出