

Code No. 25-0066

製品規格書

イットリウム標準液(Υ 1000)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.9~1.1mol/L
濃度(20°C)	0.99~1.01mg/mL