

Code No. 25-0073

製品規格書

イットリウム標準液 (Y 1000)

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.9～1.1mol/L
濃度(20℃)	990～1010mg/L