

Code No. 26-0023

製品規格書

酢酸亜鉛二水和物

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度[Zn(CH ₃ COO) ₂ ·2H ₂ O]	質量分率99.0%以上
希酢酸溶状	試験適合
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硝酸塩(NO ₃)	質量分率0.005%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.002%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.001%以下
カリウム(K)	質量分率0.001%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.001%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
ひ素(As)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
アンモニウム(NH ₄)	質量分率0.001%以下

JIS K 8356 : 2020(追補1)(*:当社追加項目)