

Code No. 26-0027

製品規格書

塩化亜鉛

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末～粉末又は塊
純度(ZnCl ₂)	質量分率98.0%以上
希塩酸溶状	試験適合
塩基性塩(ZnOとして)	質量分率1.2%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.002%以下
窒素化合物(Nとして)	質量分率0.002%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.005%以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
銅(Cu)	質量分率0.001%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.001%以下
カドミウム(Cd)	質量分率5ppm以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
マンガン(Mn)	質量分率0.001%以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8111:2007 (*:当社追加項目)