

Code No. 26-0155

製品規格書

亜鉛, 粉末

窒素酸化物測定用

試験項目	規格値
外観	灰色の粉末
窒素化合物(Nとして)	0.004%以下
窒素酸化物分析適合性(還元率)	70%以上
含量	90.0%以上