Code No. 26-0224

製品規格書

亜鉛標準液 (Zn 1000)

ICP分析用

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO3として)	4～6w/w%
濃度(20℃)	990～1010mg/L
不純物元素	試験適合

改訂日: 2023.09.05