

Code No. 26-0229

製品規格書

ジルコニウム標準液 (Zr 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HClとして)	6~8w/w%
濃度(20℃)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合