Code No. 29-3483

製品規格書

プレセップR RPP-WCX (60mg/3mL)

試料前処理用

試　験　項　目	規　格　値
外観	試験適合
充填剤量	55～65mg
充填剤の漏れ	試験適合
流速	25mL/min以上
回収率	80～110%
流出率	試験適合
イオン交換容量	実績値集積のうえ、規格化する

制定日: 2022.07.28