

Code No. 29-3522

## 製品規格書

### バイオクリーンプレート ワコートM

エンドトキシン測定用

試験項目	規格値
外観	試験適合
エンドトキシン	0.01EU/mL未満
管理番号	実測値報告