

Code No. 29-3591

## 製品規格書

### カプトガニ血球抽出物ES-II, 凍結乾燥品 0.25

エンドトキシン検出用

試験項目	規格値
外観	白色の凍結乾燥品
水溶状	試験適合
ゲル化感度(力価)	0.25EU/mL
実用試験	試験適合

製造元 FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation