

Code No. 29-3699

製品規格書

LumiMATTM Pyrogen Detection Kit - Cells

パイロジエン試験用

試験項目	規格値
外観	試験適合
細胞濃度	3X10 ⁶ ~7X10 ⁶ cells/vial
細胞生存率	85%以上
実用試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
エンドトキシン	0.0125EU/mL未満