

Code No. 29-5130

製品規格書

リムルスES-IIシングルテストワコー 0.015

エンドトキシン検出用

試験項目	規格値
外観	試験適合
ゲル化感度(力価)	0.015EU/mL
CSE力価	1000~15000EU/vial
実用試験	試験適合

製造元 富士フィルムヘルスケアマニュファクチャリング株式会社