

Code No. 29-8150

## 製品規格書

### リムルスES-IIシングルテストワコー 0.25

エンドトキシン検出用

試験項目	規格値
外観	試験適合
水溶状	試験適合
ゲル化感度(力値)	0.25EU/mL
CSE力値	1000~15000EU/vial
実用試験	試験適合

製造元 富士フィルムヘルスケアマニュファクチャリング株式会社