

本品は研究用試薬です。体外診断用として使用できません。

Code No. 124-07091 (300  $\mu$ L  $\times$  10本)

## レビス™ ウシアルブミン コントロール血清

本品をご使用になる前に、必ずお読み下さい。

### 【使用目的】

本品は、レビス™ ウシアルブミン ELISA キット専用の検出用試料として使用して下さい。

### 【内容量】

レビス™ ウシアルブミン コントロール血清 300  $\mu$ L/ bottle  
(濃度はロット毎に異なります。)

### 【使用方法】

用時融解し、レビス™ ウシアルブミン ELISA キット (Code No.295-92201) 用の陽性コントロールとして、原液のまま使用して下さい。融解後は、2～10℃に保ち、8時間以内に使用して下さい。凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

### 【使用上の注意／厳禁事項】

1. 本品は、当社キット専用の検出用試料です。他社のキット及び試薬との併用はしないで下さい。
2. 本品は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
3. 本品は、この説明書に記載されている用途以外には使用しないで下さい。
4. 表示濃度は、ロットごとに異なります。
5. 凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

### 【危険防止上の注意】

1. 本品が人体に接触した場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じ医師の手当て等を受けて下さい。
2. 本品は血清成分を使用しておりますので、ウイルス感染等の危険性があるものとして、検体と同様に注意して取り扱って下さい。
3. 廃棄に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）と排水基準に従い適切に処理して下さい。

【製品名】	レビス™ ウシアルブミン コントロール血清
【英語表記】	LBIS™ Bovine Albumin Control Serum
【和光コード】	124-07091
【貯法】	冷凍（-20℃以下）、暗所保存
【表示値】	ラベルに記載
【使用期限】	ラベルに記載
【ロット番号】	ラベルに記載
【包装】	300 $\mu$ L $\times$ 10 本

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社  
大阪府中央区道修町三丁目1番2号  
Tel : 06-6203-3741