

本品は研究用試薬です。体外診断用として使用できません。

Code No. 124-06991 (500 μL×20本)

## ラボアッセイ<sup>TM</sup> GLDH- ラット コントロール

本品をご使用になる前に、必ずお読み下さい。

### 【使用目的】

本品は、ラボアッセイ<sup>TM</sup> GLDH- ラット (A タイプ) 専用の検出用試料として使用して下さい。

### 【内容量】

ラボアッセイ<sup>TM</sup> GLDH- ラット コントロール 500 μL/ bottle  
(表示値はロットごとに異なります。)

### 【使用方法】

用時融解し、ラボアッセイ<sup>TM</sup> GLDH- ラット (A タイプ) (Code No. 291-93401) 用陽性コントロールとして、原液のまま使用して下さい。融解後は、2°C～10°Cに保ち、3日以内に使用して下さい。凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

### 【使用上の注意／厳禁事項】

1. 本品は、ラボアッセイ<sup>TM</sup> GLDH- ラット (A タイプ) 専用の検出用試料です。他社のキット及び試薬との併用はしないで下さい。
2. 本品は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
3. 本品は、この説明書に記載されている用途以外には使用しないで下さい。
4. 表示値は、ロットごとに異なります。
5. 凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

### 【危険防止上の注意】

1. 本品が人体に接触した場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じ医師の手当て等を受けて下さい。
2. 本品は血清成分を使用しておりますので、ウイルス感染等の危険性があるものとして、検体と同様に注意して取り扱って下さい。
3. 廃棄に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）と排水基準に従い適切に処理して下さい。

【製品名】 ラボアッセイ<sup>TM</sup> GLDH- ラット コントロール

【英語表記】 LabAssay<sup>TM</sup> GLDH-Rat Control

【和光コード】 124-06991

【貯法】 冷凍（-20°C 以下）、暗所保存

【表示値】 ラベルに記載

【使用期限】 ラベルに記載

【ロット番号】 ラベルに記載

【包装】 500 μL×20 本

製造発売元

富士フィルム 和光純薬株式会社  
大阪市中央区道修町三丁目1番2号  
Tel : 06-6203-3741

2404KA1